

# 安全工作通报

2017 年第 8 期

药学院

2017 年 10 月 26 日

学院 10 月 26 日对实验室安全进行了检查。检查时发现实验室有以下问题：

1. 224, 410, 411, 412 卫生较差。
2. 414 通风橱内存放试剂过多。
3. 大部分实验室通风橱在开着反应的情况下面板未拉下来(无论是从安全角度还是环保节能角度都应该拉下来)。
4. 所有实验室均存在配电柜前以及顶部杂物放置过多问题。

请以上实验室尽快整改，消除相关隐患，请老师们敦促学生注意实验室安全。请其他实验室继续保持，共同营造一个较好的工作和实验环境。

药学院

2017. 10. 26